



UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
al. Papieża Jana Pawła II 31
70-453 Szczecin

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
al. Papieża Jana Pawła II 31
70-453 Szczecin
tel. 91 444 11 51, 91 444 12 02

Szczecin, 01.07.2010 r.

Numer postępowania: TP/220/64/10

WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę zamrażarki szafowej do głębokiego mrożenia z wyposażeniem i oprzyrządowanie – 1 szt.**

Do siedziby Zamawiającego wpłynęło następujące zapytania dotyczące treści SIWZ:

Pytanie 1

Czy oferowana zamrażarka może posiadać zakres temperatury od -65°C do -86°C przy zachowaniu innych opisanych w SIWZ parametrów technicznych (zamrażarki wyposażone w back – up nie pracują powyżej temperatury -65°C , system kontrolowanego podtrzymywania temperatury uruchamia się poniżej 60°C)?

Odpowiedź

Oferowana zamrażarka może posiadać zakres temperatur od -65°C do -86°C .

Z poważaniem

Z-CA RANCLERZA

.....mgr inż. Sylwia Seretwis

STARSZY REFERENT
ds. Zamówień Publicznych
mgr Magdalena Stasiak